

Ringversuch: **CMVimm2/25**
im Monat: **September 2025**
Teilnehmer-Nr.: **0006360**
Gültig ab: **27.09.25**



Seite 1 von 2

MVZ Labor Limbach Erfurt GmbH
Dr. Selina Icke
Dr. med. Robert Siegmund
St.-Christophorus-Str. 2
99092 Erfurt



Bonn, 12. November 2025

Zertifikat

Wir bestätigen, dass Sie am Ringversuch zur CMV Serologie teilgenommen haben.
Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich September 2026.
Die von Ihnen erfolgreich durchgeführten Untersuchungen sind nachstehend aufgeführt.

Anti-CMV IgG + gesamt Anti-CMV IgM

Handwritten signature of Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse in blue ink.

Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse
Ringversuchsleitung

Handwritten signature of Dr. Anja Kessler in blue ink.

Dr. Anja Kessler
Leitung Referenzinstitut

Handwritten signature of Dr. Stefanie Gemein in blue ink.

Dr. Stefanie Gemein
EQAS-Board

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 12.11.25 gültig.
Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.

CMV Serologie 2/25 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -
(grün-richtig, gelbgrün-bedingt richtig, rot-falsch, grau-Ihre Methode(n))

Sollbeurteilung/Kommentar zu

Ihr Kommentar/zusätzliche Angaben

Probe 1	Negativkontrolle
Probe 2	Patient mit ausgeheilter CMV-Infektion
Probe 3	Negativkontrolle
Probe 4	Patient mit akuter CMV-Infektion

Anti-CMV IgG + gesamt

Erfolgsquote 93/94 => 98 %

Benutzte Systeme:

n(r) n(br) n(f)

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	1	0	93 ●
Probe 2	93 ●	0	1
Probe 3	1	0	93 ●
Probe 4	94 ●	0	0

Roche(30)	Cobas(5)	25	1
● DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	18	
Abbott(4)	Alinity(38)	14	
Abbott(4)	Architect(1)	6	
Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Atellica(39)	5	
Euroimmun(5)	Analyzer I(28)	4	
Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	4	
bioMerieux(21)	Vidas(10)	3	
Beckman Coulter(13)	Access(23)	2	
bioMerieux(21)	Mini Vidas(30)	2	
Andere, others(99)	andere(99)	2	
Euroimmun(5)	Mini Vidas(30)	1	
Euroimmun(5)	Eurolab Workstation(37)	1	
Beckman Coulter(13)	andere(99)	1	
Roche(30)	Elecsys(6)	1	
Siemens Healthineers (Immulinite)(44)	Immulinite(7)	1	
Viramed Biotech(189)	andere(99)	1	
Virion/Serion(244)	SERION Immunomat(18)	1	
Virion/Serion(244)	andere(99)	1	

Anti-CMV IgM

Erfolgsquote 84/84 => 100 %

Benutzte Systeme:

n(r) n(br) n(f)

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	0	0	84 ●
Probe 2	0	0	84 ●
Probe 3	0	0	84 ●
Probe 4	77 ●	7	0

Roche(30)	Cobas(5)	19	6
● DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	17	
Abbott(4)	Alinity(38)	11	
Abbott(4)	Architect(1)	6	
Euroimmun(5)	Analyzer I(28)	4	
Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Atellica(39)	3	1
Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	3	
Beckman Coulter(13)	Access(23)	2	
bioMerieux(21)	Mini Vidas(30)	2	
Euroimmun(5)	Mini Vidas(30)	1	
Euroimmun(5)	manuell(98)	1	
Beckman Coulter(13)	andere(99)	1	
bioMerieux(21)	Vidas(10)	1	
Roche(30)	Elecsys(6)	1	
Siemens Healthineers (Immulinite)(44)	Immulinite(7)	1	
Andere, others(99)	andere(99)	1	
Viramed Biotech(189)	andere(99)	1	
Virion/Serion(244)	SERION Immunomat(18)	1	
Virion/Serion(244)	andere(99)	1	