

Ringversuch: **EBVimm2/25**  
im Monat: **September 2025**  
Teilnehmer-Nr.: **0006360**  
Gültig ab: **27.09.25**



Seite 1 von 3

MVZ Labor Limbach Erfurt GmbH  
Dr. Selina Icke  
Dr. med. Robert Siegmund  
St.-Christophorus-Str. 2  
99092 Erfurt



Bonn, 13. November 2025

## Zertifikat

Wir bestätigen, dass Sie am Ringversuch zur EBV-Serologie teilgenommen haben.  
Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich September 2026.  
Die von Ihnen erfolgreich durchgeführten Untersuchungen sind nachstehend aufgeführt.

**EBV-EBNA IgG**  
**EBV-VCA IgG**  
**EBV-VCA IgM**  
**EBV-EA IgG**

Handwritten signature of Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse in blue ink.

Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse  
Ringversuchsleitung

Handwritten signature of Dr. Anja Kessler in blue ink.

Dr. Anja Kessler  
Leitung Referenzinstitut

Handwritten signature of Dr. Stefanie Gemein in blue ink.

Dr. Stefanie Gemein  
EQAS-Board

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 13.11.25 gültig.  
Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.

## EBV Serologie 2/25 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -  
(grün-richtig, gelbgrün-bedingt richtig, rot-falsch, grau-Ihre Methode(n))

Sollbeurteilung/Kommentar zu

Ihr Kommentar/zusätzliche Angaben

Probe 1	Patientenprobe EBNA IgG: positiv EBV-VCA IgG (p18 und p23): positiv EBV-VCA IgM: negativ EBV-EA IgG (p54 und p138): positiv
Probe 2	Patientenprobe: EBNA IgG: negativ EBV-VCA IgG (p18 und p23): negativ EBV-VCA IgM: negativ EBV-EA IgG (p54 und p138): negativ
Probe 3	Patientenprobe: EBNA IgG: positiv EBV-VCA IgG (p18 und p23): positiv EBV-VCA IgM: negativ EBV-EA IgG (p54 und p138): negativ
Probe 4	Patientenprobe: EBNA IgG: positiv EBV-VCA IgG (p18 und p23): positiv EBV-VCA IgM: negativ EBV-EA IgG (p54 und p138): negativ

## EBV-EBNA IgG

Erfolgsquote 58/60 => 96 %

Benutzte Systeme:

n(r) n(br) n(f)

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	60 ●	0	0
Probe 2	1	0	59 ●
Probe 3	60 ●	0	0
Probe 4	59 ●	0	0

● DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	17	
Abbott(4)	Alinity(38)	6	1
DiaSorin(77)	Liaison(9)	7	
ORGENTEC Diagnostika(141)	Alegria(32)	7	
Abbott(4)	Architect(1)	3	1
Roche(30)	Cobas(5)	4	
Viramed Biotech(189)	manuell(98)	3	
Andere, others(99)	andere(99)	2	
Euroimmun(5)	andere(99)	1	
Roche(30)	Elecsys(6)	1	
Siemens Healthineers (Immulite)(44)	Immulite(7)	1	
SERAMUN Diagnostica(60)	manuell(98)	1	
Viramed Biotech(189)	andere(99)	1	
AID GmbH(230)	manuell(98)	1	
AID GmbH(230)	andere(99)	1	
Virion/Serion(244)	SERION Immunomat(18)	1	

## EBV-VCA IgG

Erfolgsquote 63/64 => 98 %

Benutzte Systeme:

n(r) n(br) n(f)

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	64 ●	0	0
Probe 2	1	0	63 ●
Probe 3	64 ●	0	0
Probe 4	64 ●	0	0

● DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	19	
ORGENTEC Diagnostika(141)	Alegria(32)	8	
DiaSorin(77)	Liaison(9)	7	
Abbott(4)	Alinity(38)	5	1
Abbott(4)	Architect(1)	4	
Roche(30)	Cobas(5)	4	
Andere, others(99)	andere(99)	3	
Viramed Biotech(189)	manuell(98)	3	
Siemens Healthineers (Immulite)(44)	Immulite(7)	2	
Euroimmun(5)	andere(99)	1	
Roche(30)	Elecsys(6)	1	
SERAMUN Diagnostica(60)	manuell(98)	1	
Viramed Biotech(189)	andere(99)	1	
AID GmbH(230)	manuell(98)	1	
AID GmbH(230)	andere(99)	1	
Virion/Serion(244)	SERION Immunomat(18)	1	

## EBV-VCA IgM

Erfolgsquote 66/67 => 98 %

Benutzte Systeme:

n(r) n(br) n(f)

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	0	0	67 ●
Probe 2	1	0	66 ●
Probe 3	0	0	67 ●
Probe 4	0	0	67 ●

● DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	19	
ORGENTEC Diagnostika(141)	Alegria(32)	8	
DiaSorin(77)	Liaison(9)	7	
Abbott(4)	Alinity(38)	6	
Roche(30)	Cobas(5)	5	
Abbott(4)	Architect(1)	4	
Andere, others(99)	andere(99)	3	
Siemens Healthineers (Immulite)(44)	Immulite(7)	2	
Viramed Biotech(189)	manuell(98)	2	
Euroimmun(5)	Analyser I(28)	0	1
Euroimmun(5)	andere(99)	1	
Roche(30)	Elecsys(6)	1	
SERAMUN Diagnostica(60)	manuell(98)	1	
AbbottRDx(130)	manuell(98)	1	
Werfen (ehem. Biokit)(154)	Schnelltest(97)	1	
Viramed Biotech(189)	andere(99)	1	
AID GmbH(230)	manuell(98)	1	
AID GmbH(230)	andere(99)	1	
Virion/Serion(244)	SERION Immunomat(18)	1	

## EBV Serologie 2/25 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -  
(grün-richtig, gelbgrün-bedingt richtig, rot-falsch, grau-Ihre Methode(n))

### Sollbeurteilung/Kommentar zu

Probe 1	Patientenprobe EBNA IgG: positiv EBV-VCA IgG (p18 und p23): positiv EBV-VCA IgM: negativ EBV-EA IgG (p54 und p138): positiv
Probe 2	Patientenprobe: EBNA IgG: negativ EBV-VCA IgG (p18 und p23): negativ EBV-VCA IgM: negativ EBV-EA IgG (p54 und p138): negativ
Probe 3	Patientenprobe: EBNA IgG: positiv EBV-VCA IgG (p18 und p23): positiv EBV-VCA IgM: negativ EBV-EA IgG (p54 und p138): negativ
Probe 4	Patientenprobe: EBNA IgG: positiv EBV-VCA IgG (p18 und p23): positiv EBV-VCA IgM: negativ EBV-EA IgG (p54 und p138): negativ

## EBV-EA IgG

Erfolgsquote 19/20 => 95 %

Benutzte Systeme:

**n(r)** **n(br)** **n(f)**

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
<b>Probe 1</b>	20 ●	0	0
<b>Probe 2</b>	0	0	20 ●
<b>Probe 3</b>	0	0	20 ●
<b>Probe 4</b>	1	0	19 ●

● DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	7	
DiaSorin(77)	Liaison(9)	2	
Andere, others(99)	andere(99)	2	
Viramed Biotech(189)	manuell(98)	2	
Viramed Biotech(189)	andere(99)	2	
Euroimmun(5)	andere(99)	1	
SERAMUN Diagnostica(60)	manuell(98)	1	
AID GmbH(230)	manuell(98)	1	
AID GmbH(230)	andere(99)	0	1
Virion/Serion(244)	SERION Immunomat(18)	1	