

Ringversuch: **HAVimm2/25**  
im Monat: **September 2025**  
Teilnehmer-Nr.: **0006360**  
Gültig ab: **27.09.25**



Seite 1 von 2

MVZ Labor Limbach Erfurt GmbH  
Dr. Selina Icke  
Dr. med. Robert Siegmund  
St.-Christophorus-Str. 2  
99092 Erfurt



Bonn, 12. November 2025

## Zertifikat

Wir bestätigen, dass Sie am Ringversuch zur HAV Serologie teilgenommen haben.  
Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich September 2026.  
Die von Ihnen erfolgreich durchgeführten Untersuchungen sind nachstehend aufgeführt.

### Anti-HAV IgM Anti-HAV total

Handwritten signature of Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse in blue ink.

Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse  
Ringversuchsleitung

Handwritten signature of Dr. Anja Kessler in blue ink.

Dr. Anja Kessler  
Leitung Referenzinstitut

Handwritten signature of Dr. Stefanie Gemein in blue ink.

Dr. Stefanie Gemein  
EQAS-Board

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 12.11.25 gültig.  
Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.

## HAV Serologie 2/25 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -  
(grün-richtig, gelbgrün-bedingt richtig, rot-falsch, grau-Ihre Methode(n))

Sollbeurteilung/Kommentar zu

Ihr Kommentar/zusätzliche Angaben

Probe 1	Patient mit zurückliegender HAV-Infektion
Probe 2	Negativkontrolle
Probe 3	Negativkontrolle
Probe 4	Patient mit zurückliegender HAV-Infektion

## Anti-HAV IgG

Erfolgsquote 73/75 => 97 %				Benutzte Systeme:			<b>n(r)</b>	<b>n(br)</b>	<b>n(f)</b>
<b>Ergebnisse</b>	<b>positiv/ reaktiv</b>	<b>grenzwertig</b>	<b>negativ</b>	Abbott(4)	Alinity(38)	39		1	
Probe 1	74	0	1	Abbott(4)	Architect(1)	17			
Probe 2	0	0	75	Roche(30)	Cobas(5)	8		1	
Probe 3	0	0	75	Roche(30)	Elecsys(6)	2			
Probe 4	73	0	2	Abbott(4)	andere(99)	1			
				Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	1			
				Beckman Coulter(13)	Access(23)	1			
				Beckman Coulter / AU Serie(38)	Centaur(4)	1			
				Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Atellica(39)	1			
				DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	1			

## Anti-HAV IgM

Erfolgsquote 243/244 => 99 %				Benutzte Systeme:			<b>n(r)</b>	<b>n(br)</b>	<b>n(f)</b>
<b>Ergebnisse</b>	<b>positiv/ reaktiv</b>	<b>grenzwertig</b>	<b>negativ</b>	Roche(30)	Cobas(5)	129			
Probe 1	0	0	244 ●	Abbott(4)	Alinity(38)	38			
Probe 2	0	0	244 ●	Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Atellica(39)	21			
Probe 3	0	0	244 ●	Abbott(4)	Architect(1)	15			
Probe 4	0	0	243 ●	Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	8			
				Roche(30)	Elecsys(6)	8			
				Siemens Healthin. (ADVIA,Centaur)(40)	Centaur(4)	8			
				bioMerieux(21)	Vidas(10)	2			
				DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	2			
				Abbott(4)	andere(99)	1			
				Ortho Clinical Diagnostics(8)	Vitros(12)	1			
				Beckman Coulter(13)	Access(23)	1			
				Beckman Coulter(13)	andere(99)	1			
				bioMerieux(21)	Mini Vidas(30)	1			
				Roche(30)	Modular(13)	1			
				Roche(30)	Mini Vidas(30)	1			
				Roche(30)	Atellica(39)	0		1	
				Roche(30)	andere(99)	1			
				Beckman Coulter / AU Serie(38)	Centaur(4)	1			
				Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Centaur(4)	1			
				Andere, others(99)	andere(99)	1			

## Anti-HAV total

Erfolgsquote 198/199 => 99 %				Benutzte Systeme:			<b>n(r)</b>	<b>n(br)</b>	<b>n(f)</b>
<b>Ergebnisse</b>	<b>positiv/ reaktiv</b>	<b>grenzwertig</b>	<b>negativ</b>	Roche(30)	Cobas(5)	135			
Probe 1	199 ●	0	0	Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Atellica(39)	18			
Probe 2	1	0	198 ●	Siemens Healthin. (ADVIA,Centaur)(40)	Centaur(4)	10		1	
Probe 3	1	0	198 ●	Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	9			
Probe 4	199 ●	0	0	Roche(30)	Elecsys(6)	7			
				DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	4			
				Abbott(4)	Alinity(38)	3			
				Beckman Coulter(13)	Access(23)	3			
				Andere, others(99)	andere(99)	2			
				Ortho Clinical Diagnostics(8)	Vitros(12)	1			
				bioMerieux(21)	Vidas(10)	1			
				bioMerieux(21)	Mini Vidas(30)	1			
				Roche(30)	Modular(13)	1			
				Roche(30)	Mini Vidas(30)	1			
				Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Centaur(4)	1			