

Ringversuch: **HBVimm12/25**
im Monat: **September 2025**
Teilnehmer-Nr.: **0006360**
Gültig ab: **27.09.25**



Seite 1 von 2

MVZ Labor Limbach Erfurt GmbH
Dr. Selina Icke
Dr. med. Robert Siegmund
St.-Christophorus-Str. 2
99092 Erfurt



Bonn, 12. November 2025

Zertifikat

Wir bestätigen, dass Sie am Ringversuch zur HBV-Serologie minor teilgenommen haben.
Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich September 2026.
Die von Ihnen erfolgreich durchgeführten Untersuchungen sind nachstehend aufgeführt.

HBsAg
Anti-HBs
Anti-HBc

Handwritten signature of Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse in blue ink.

Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse
Ringversuchsleitung

Handwritten signature of Dr. Anja Kessler in blue ink.

Dr. Anja Kessler
Leitung Referenzinstitut

Handwritten signature of Dr. Stefanie Gemein in blue ink.

Dr. Stefanie Gemein
EQAS-Board

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 12.11.25 gültig.
Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.

HBV Serologie minor 2/25 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -
(grün-richtig, gelbgrün-bedingt richtig, rot-falsch, grau-Ihre Methode(n))

Sollbeurteilung/Kommentar zu

Ihr Kommentar/zusätzliche Angaben

| | |
|---------|----------------------------------|
| Probe 1 | Gegen HBV immunisierter Patient |
| Probe 2 | Negativkontrolle |
| Probe 3 | Gegen HBV immunisierter Patient |
| Probe 4 | Patient mit akuter HBV-Infektion |

HBsAg

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| Erfolgsquote 262/264 => 99 % | Benutzte Systeme: | n(r) | n(br) | n(f) |
| | <ul style="list-style-type: none"> Roche(30) Abbott(4) Abbott(4) Roche(30) Siemens Healthin.(ADVIA,Centaur)(40) Beckman Coulter(13) Beckman Coulter(13) Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43) Andere, others(99) bioMerieux(21) Roche(30) Siemens Healthineers (Immolute)(44) Beckman Coulter(13) bioMerieux(21) Andere, others(99) Bio-Rad(2) Ortho Clinical Diagnostics(8) Becton Dickinson(10) Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43) DiaSorin(77) | <ul style="list-style-type: none"> Cobas(5) Alinity(38) Architect(1) Elecsys(6) Centaur(4) UniCel(11) Access(23) Atellica(39) andere(99) Vidas(10) andere(99) Immolute(7) andere(99) Mini Vidas(30) manuell(98) manuell(98) Vitros(12) BEP III(31) Centaur(4) Liaison XL(19) | <ul style="list-style-type: none"> 130 29 21 21 12 8 8 6 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 | <ul style="list-style-type: none"> 1 1 |

| Ergebnisse | positiv/ reaktiv | grenzwertig | negativ |
|------------|---------------------|-------------|---------|
| Probe 1 | 0 | 0 | 264 ● |
| Probe 2 | 1 | 0 | 263 ● |
| Probe 3 | 2 | 0 | 262 ● |
| Probe 4 | 264 ● | 0 | 0 |

Anti-HBs

| | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|
| Erfolgsquote 171/175 => 97 % | Benutzte Systeme: | n(r) | n(br) | n(f) |
| | <ul style="list-style-type: none"> Roche(30) Abbott(4) Roche(30) Abbott(4) Beckman Coulter(13) Siemens Healthin.(ADVIA,Centaur)(40) Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43) Beckman Coulter(13) Roche(30) Ortho Clinical Diagnostics(8) Beckman Coulter(13) bioMerieux(21) bioMerieux(21) Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43) Andere, others(99) Andere, others(99) | <ul style="list-style-type: none"> Cobas(5) Alinity(38) Elecsys(6) Architect(1) Access(23) Centaur(4) Atellica(39) UniCel(11) andere(99) Vitros(12) andere(99) Vidas(10) Mini Vidas(30) Centaur(4) manuell(98) andere(99) | <ul style="list-style-type: none"> 89 26 9 8 8 8 7 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | <ul style="list-style-type: none"> 2 1 1 |

| Ergebnisse | positiv/ reaktiv | grenzwertig | negativ |
|------------|---------------------|-------------|---------|
| Probe 1 | 174 ● | 0 | 0 |
| Probe 2 | 1 | 0 | 173 ● |
| Probe 3 | 174 ● | 0 | 0 |
| Probe 4 | 3 | 0 | 171 ● |

Anti-HBc

| | | | | |
|------------------------------|--|--|---|---|
| Erfolgsquote 175/180 => 97 % | Benutzte Systeme: | n(r) | n(br) | n(f) |
| | <ul style="list-style-type: none"> Roche(30) Abbott(4) Abbott(4) Roche(30) Beckman Coulter(13) Siemens Healthin.(ADVIA,Centaur)(40) Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43) Beckman Coulter(13) DiaSorin(77) Roche(30) Andere, others(99) Ortho Clinical Diagnostics(8) Beckman Coulter(13) bioMerieux(21) bioMerieux(21) Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43) Siemens Healthineers (Immolute)(44) Andere, others(99) | <ul style="list-style-type: none"> Cobas(5) Alinity(38) Architect(1) Elecsys(6) Access(23) Centaur(4) Atellica(39) UniCel(11) Liaison XL(19) andere(99) andere(99) Vitros(12) andere(99) Vidas(10) Mini Vidas(30) Centaur(4) Immolute(7) manuell(98) | <ul style="list-style-type: none"> 90 21 10 9 9 8 7 6 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 | <ul style="list-style-type: none"> 2 1 1 |

| Ergebnisse | positiv/ reaktiv | grenzwertig | negativ |
|------------|---------------------|-------------|---------|
| Probe 1 | 1 | 0 | 178 ● |
| Probe 2 | 0 | 0 | 179 ● |
| Probe 3 | 177 ● | 1 | 1 |
| Probe 4 | 177 ● | 0 | 2 |